



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

N.

53957

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001, n.380, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

**Visti** l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare del Ministero dei LL.PP. n.349/STC in data 16.12.1999;

**Vista** la domanda pervenuta in data 13.02.2001 con la quale la società L.G.T. - LABORATORIO GEOTECNICO S.N.C. DI FIORITI ROBERTO & TENTOR ANDREA di Cervignano del Friuli (UD) ha chiesto la concessione ad effettuare prove geotecniche nel proprio laboratorio;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

**Visto** il voto n. 41 reso nell’adunanza della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 24/05/2005;

**Vista** la nota n. 53946 del 20/09/2005 del Servizio tecnico centrale concernente l’adempimento della Società in parola alle prescrizioni del citato voto n. 41;

**D E C R E T A**

Art.1 - E' rilasciata al laboratorio L.G.T. - LABORATORIO GEOTECNICO S.N.C. DI FIORITI ROBERTO & TENTOR ANDREA, Via Caiù, n. 47 - Cervignano del Friuli (UD) la concessione a svolgere attività di prova e certificazione per prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce (settori a) e b) di cui al punto 2, parte I della Circolare 349/99) e le seguenti prove facoltative: prova di carico su piastra; prove di densità in sito.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1 del D.P.R. 380/01. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di provini o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel

